

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ВАРНА

ПРОТОКОЛ

по чл. 181, ал. 4, във връзка с чл. 103, ал. 3 от ЗОП

На 03.05.2017 г., в 10:00 часа, комисия от служители на лечебното заведение, назначена със Заповед № 274/ 03.05.2017 г. на Директор „Икономически дейности“ на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 ЗОП, да разгледа и оцени офертите по процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Spirit Power, при условията на обратно изкупуване на дефектиралата тръба“**, открита с Решение Р-228/ 10.04.2017 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: **Русана Чобанова** - юрисконсулт;

ЧЛЕНОВЕ: **д-р Чавдар Бъчваров** - лекар асистент образна диагностика в Клиника по образна диагностика;

инж. Павел Щерев - Началник Отдел „ОМНА“;

проведе заседание по реда на чл. 54 ППЗОП, на което не присъстваха външни лица.

I. Комисията започна своята работа, след като нейният председател получи представената оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 ППЗОП от деловодството на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. Г-жа Чобанова запозна присъстващите лица с протокола, след което всички членове на комисията подписаха декларации за липса на обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП.

В обявения от възложителя срок е постъпила една оферта, както следва:

№	Подател на офертата	Номер, дата и час на получаване
1.	„Сименс Хелткеър“ ЕООД	ВК-1188/ 28.04.2017 г.; 10:22 часа

II. Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, като председателят на комисията оповести съдържанието ѝ. Членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

В опаковката „Сименс Хелткеър“ ЕООД е представил:

№	Описание
1.	Опис на представените документи
2.	ЕЕДОП
3.	Документ за упълномощаване
4.	Предложение за изпълнение на поръчката
5.	Документи, доказващи съответствието на предлаганото Оборудване с изискванията, посочени в техническите спецификации
6.	Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
7.	Декларация за срока на валидност на офертите
8.	Плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП.

Комисията не констатира несъответствия с изискванията към личното състояние на участника и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Офертата на „Сименс Хелткеър“ ЕООД бе допусната до разглеждане на техническото предложение.

IV. В техническото си предложение „Сименс Хелткеър“ ЕООД предлага следното:

Модел на рентгеновата тръба	Dura 352 MV
Производител	Siemens Healthcare GmbH чрез производствена мощност Siemens X-Ray Vacuum Technology Ltd., Wuxi

№	Работни характеристики	Изисквания на възложителя	Предложения на участника
1.	Аноден топлинен капацитет	3 500 000 HU	3 500 000 HU
2.	Диапазон на токовете на тръбата	30 - 240 mA	30 - 240 mA
3.	Работни напрежения	80, 130 kV	80, 130 kV
4.	Размер на фокуса	0,8 x 0,7 mm	0,8 x 0,7 mm
5.	Контрол на температурата на анода	Компютърно управляван	Компютърно управляван

1. Срок на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудването - **до 5 (пет) календарни дни**, считано от датата на приета писмена заявка за доставка.

2. Гаранционен срок на Оборудването - **130 (сто и тридесет) календарни дни** или **40 000 (четиридесет хиляди) скансекунди**, считано от датата на двустранно подписан протокол за въвеждане в експлоатация, което събитие настъпи първо.

3. Гаранционни условия:

3.1. Заявка за настъпила повреда на имейл cs.ms.bg@siemens.com, тел. 02 8115 675 или факс 02 8115 610;

3.2. Гаранцията не покрива повреди, настъпили в следствие на неправилна употреба, намеса на трети лица;

3.3. При необходимост от подмяна на рентгеновата тръба с нова, повредената се предава на представител на Изпълнителя за връщане на производителя, в срок до 4 работни дни от доставка на нова тръба.

4. В рамките на гаранционния срок, при установен проблем по Оборудването, изпращане на квалифицирани представители (сервизен екип) на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от **3 (три) работни дни** от получаване на рекламационното съобщение на възложителя, изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. При визитата на сервизния екип ще се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът, необходими за отстраняването.

5. Участникът предлага, в рамките на гаранционния срок, при настъпила повреда на Оборудването - срок от **3 (три) работни дни** за отстраняване на настъпилата повреда, считано от датата на констатирането на повредата. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от **5 (пет) работни дни**, участникът ще подмени дефектиралото оборудване с ново от същия или подобен клас, като го монтира и въведе в експлоатация при същите условия и срокове, посочени по-горе, като гаранционният срок на оферираното Оборудване ще се удължи със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

6. Други предложения:

Повредената рентгенова тръба се предава на представител на Изпълнителя за връщане на производителя, в срок до 4 работни дни от датата на от доставка на нова тръба.

V. За удостоверяване на съответствието на предлаганото Оборудване с техническите спецификации, описани в Раздел II от документацията, участникът е представил каталог Somatom Spirit Datasheet syngo CT 2010C, ЕС Декларация за съответствие, ЕС Сертификат.

Комисията приема техническото предложение на „Сименс Хелткеър“ ЕООД като съответстващо на изискванията на възложителя.

Офертата се допуска до оценка въз основа на критерий най-ниска цена.

VI. На основание чл. 57, ал. 3 ППЗОП, комисията определи 09.05.2017 г. (вторник) за отваряне на ценовото предложение. Същото ще се състои от 09:00 часа в стая 118 А, Маркетинг, ет. 1 на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.

Възложителят е уведомил всички заинтересовани лица посредством съобщение, публикувано в Профила на купувача на 03.05.2017 г.

VII. На заседанието на комисията, проведено на 09.05.2017 г., не присъстваха лица по чл. 54, ал. 2 ППЗОП.

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и оповести оферираната цена, както следва:

87 614, 00 лв. (осемдесет и седем хиляди шестстотин и четиринадесет) без ДДС,

съответно

105 136, 80 лв. (сто и пет хиляди сто тридесет и шест лева и осемдесет стотинки) с ДДС.

Ценовото предложение не надхвърля финансовия ресурс, определен от възложителя за настоящата обществена поръчка.

Комисията приема ценовото предложение на „Сименс Хелткеър“ ЕООД като съответстващо на изискванията на възложителя.

Председател: Русана Чобанова:

Членове: д-р Чавдар Бъчваров:

инж. Павел Щерев:

09.05.2017 г.

Информацията в настоящия документ е заличена на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП